



교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서번호 : SC1607-09751-1

(Certificate No.)

페이지 (2) / (총 2)

각 측정점에서 본 압력계가 갖는 불확도는 보정값을 적용한 경우 약 95 % 확률로 다음 표의 (1)과 같고
지시값을 보정없이 사용할 경우 동일한 확률로 불확도는 다음 표의 (2)와 같다.

The following table (1) the 95 % confidence level approx. If corrections are applied, table (2) the 95 % confidence level if the value is used without correction.

1. 교정결과 (Calibration result)

측정점 번 호 Calibration point No.	표준기 Standard	게이지압용 압력계 (다이얼형) Pressure gauge (Dial)			
	압력 Pressure	지시값 평균 Average	보정값 Correction	보정값 적용 (1) Apply corrections	보정값 미적용 (2) Unapplied corrections
				측정불확도 ($k = 2$) Measurement uncertainty	편차구간(정확도) Deviation span
				신뢰수준 약 95 %	
	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
1	0.000 0	0.000	0.000	0.002	0.002
2	0.060 0	0.060	0.000	0.002	0.002
3	0.120 0	0.120	0.000	0.002	0.002
4	0.180 0	0.180	0.000	0.002	0.002
5	0.240 0	0.240	0.000	0.002	0.002
6	0.300 1	0.298	0.002	0.002	0.004

끝.