

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서번호 : SC1703-04369-2

(Certificate No.)

페이지 (2) / (총 2)

각 측정점에서 본 압력계가 갖는 불확도는 보정값을 적용한 경우 약 95 % 확률로 다음 표의 (1)과 같고
지시값을 보정없이 사용할 경우 동일한 확률로 불확도는 다음 표의 (2)와 같다.

The following table (1) the 95 % confidence level approx. If corrections are applied, table (2) the 95 % confidence level if the value is used without correction.

1. 교정결과 (Calibration result)

측정점 번호 Calibration point No.	표준기 Standard	게이지압용 압력계 (다이얼) Pressure gauge (Dial)			
	압력 Pressure	지시값 평균 Average	보정값 Correction	보정값 적용 (1) Apply corrections	보정값 미적용 (2) Unapplied corrections
				측정불확도 ($k = 2$) Measurement uncertainty	편차구간(정확도) Deviation span
				신뢰수준 약 95 %	
	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
1	0.000	0.00	0.00	0.01	0.01
2	0.700	0.70	0.00	0.01	0.01
3	1.400	1.40	0.00	0.01	0.01
4	2.100	2.10	0.00	0.01	0.01
5	2.800	2.80	0.00	0.01	0.01
6	3.500	3.50	0.00	0.01	0.01

끝.